



CASO DA UNIDADE DE HEMODINÂMICA DO SERVIÇO DE  
CARDIOLOGIA, HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

CASE TREATED AT THE HEMODYNAMIC UNIT, CARDIOLOGY SERVICE,  
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

Marco Wainstein



*Figura 1.* Paciente em tratamento para endocardite bacteriana apresenta infarto agudo do miocárdio lateral com supradesnível do ST. Na angiografia, foi evidenciada a presença de defeito de enchimento na coronária circunflexa compatível com êmbolo séptico (seta).



*Figura 2.* Colocado filtro de proteção distal (seta) e implantado stent. Na retirada do filtro, material trombótico foi obtido e enviado para exame bacteriológico.



*Figura 3. Resultado final: stent implantado com fluxo normal na coronária circunflexa.*