

443 USO DE TUBO DE SILICONE COMO PRÓTESE ESOFÁGICA CERVICAL EM  
CANINOS E.A. CONTESINI, N.L. PIPPI; (Departamento de Clínica  
e Cirurgia de Pequenos Animais, UFSM)

Para que fossem submetidos à avaliação sobre o comportamento da prótese de silicone em substituição a um segmento de esôfago cervical, cinco cães foram submetidos à intervenção cirúrgica, onde uma porção esofágica de aproximadamente 2cm de comprimento foi excisada e substituída por um tubo de silicone com diâmetro semelhante porém de maior comprimento. Esses animais foram observados por um período de 30 dias, sendo sacrificados e necropsiados ao final deste período. No ato da colheita do esôfago observou-se o crescimento tecidual externamente à prótese.